

14 פברואר, 2023

סימוכין: 295188

לכבוד

משתתפי מכרז PD22001745

שלום רב,

הנדון : מכרז מס' PD22001745 TOC Analyzer for MBR System (להלן "המכרז")


1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1	הגשת הצעתנו – האם עלינו למלא את טפסי המכרז באופן ידני ולסרוק אותם לאתר קומסיין, או מדובר בהגשה אלקטרונית?	הגשה דיגיטלית – בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז
2	נבקש לקבל העתק של נקודת הדיגום ומיקום האנלייזר מאחר ונדרשות שתי נקודות דיגום עלינו להבין את מספר משאבות הדיגום ולשם כך נרצה לבקש העתק של שרטוטי האתר הכוללות את נקודות הדיגום ומיקום האנלייזר	נדרשות שתי נקודות דיגום – משאבה לכל נקודה כלומר שתי משאבות. נקודות הדיגום כבר מחוברות בצנרת אל האנלייזר הקיים היום ולכן אין צורך בהקמת תשתית נוספת אלא רק להתחבר לנקודות הקיימות
3	האם ניתן לספק מכשיר עם IP54 או דרישת IP65 הינה דרישת חובה?	IP65 הינה דרישת מינימום חובה
4	האם דרישה להתראה בהודעת SMS מעל ריכוז מסויים של TOC זאת דרישת חובה?	התראת SMS הינה דרישת חובה

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,



טלמור סלע

מחלקת רכש והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002 משרד ☎ 09-9528611-4 ✉ מייל talmor@pei.co.il 🌐 www.pei.co.il

